

La empresa ALFA AM SAS mediante correo electrónico de fechas 20/11/2023, 14/08/2023, 23/12/2022 adjunto informe actualizado de mantenimientos a las ambulancias de la ordende compra 78606

PLACA	FECHA CIERRE	CAUSA	ACCION	ESTADO	PQRS	CLIENTE
JQV232	2023-02-02	Falto la llave de la guaya	quedo listo	Cerrado	PQRS-0507	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-06-08	El inductor pita	Se cambio el inductor	Cerrado	PQRS-0693	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Tope rodillo suelto	Se ajusto el tope rodillo	Cerrado	PQRS-0693	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-07-17	Anclaje se sienta suelto	Se ajusto el anclaje	Cerrado	PQRS-0694	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Chapas en mal estado, por golpe	Se arreglaron las chapas y se soldó la platina	Cerrado	PQRS-0694	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fundida luz roja	Se cambio la luz	Cerrado	PQRS-0694	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Grietas en la caja de baterías secundaria	Se procede arreglar el habitáculo	Cerrado	PQRS-0997	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-08-01	Cuando llego a planta informaron la chapa trasera estaba dura	Se procede a revisar chapas, lubricación, mantenimiento preventivo.	Cerrado	PQRS-1022	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Cuando llego a planta informaron que el inductor presentaba problemas	Se procede a rev inductor	Cerrado	PQRS-1022	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		sopORTE de bateria reportaron robado	Se procede a instalar el soporte	Cerrado	PQRS-1022	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD